Protokoll: Temperaturkontrolle Medikamentenkühlschrank	
Minimum	2 ˚C
Maximum	8 ˚C
Kontrollintervall	wöchentlich
Aufbewahrungsort	Nur im Kühlschrankinneren, keine Türfächer
Problembehandlung	Wenn Temperatur über- oder unterschritten, sofort Korrekturmassnahmen einleiten

Woche	Datum	Temperatur Raum			Getroffene Massnahmen	Kontrolle durch	Visum
		Oben	Mitte	Unten			